



Ref. Certif. No.

US-TUVR-8931

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D' ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Programmable Power Supply

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurTDK-Lambda Ltd.  
Karmiel Industrial Zone  
56 Haharoshet St., P.O.B. 500  
Karmiel 2161401 ISRAELName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

same as applicant

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

same as applicant

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information, see page 2

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

TDK-Lambda


Model / Type Ref.  
Ref. De Type1) ZUP200 Series: ZUPxxx-yyy (xxx = 006-120; yyy = 1.8-66);  
2) ZUP400 Series: ZUPxxx-yyy (xxx = 006-120; yyy = 1.8-66);  
3) ZUP800 Series: ZUPxxx-yyy (xxx = 06-60; yyy = 14-132)Additional information (if necessary, may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)Complies with requirements as well as group and national differences  
where applicable for CA, CH, and US. (CTF Stage 3)A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with IEC  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la CEI

IEC 61010-1

3rd Edition (2010)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

31581223.001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date: June 03, 2015

Page 1 of 2 Signature:

  
Martin Gagla



Ref. Certif. No.

US-TUVR-8931

**Additional Information:**

**Ratings and principal characteristics:**


AC 100-240V, 50/60Hz  
1) 4A; 2) 7A; 3) 12A

Class I

**Output Ratings:**

- 1) DC 0-6V/0-33A to DC 0-120V/0-1.8A, 220W max.
- 2) DC 0-6V/0-66A to DC 0-120V/0-3.6A, 432W max.
- 3) DC 0-6V/0-132A to DC 0-60V/0-14A, 864W max.

This CB Test Certificate is issued by the National Certification body TÜV Rheinland of North America, Inc.  
*Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification TÜV Rheinland of North America, Inc.*



Date: June 03, 2015

Page 2 of 2

Signature:

  
Martin Glagla